

Compatibilidade química

Os produtos químicos de limpeza e desinfecção listados aqui foram avaliados quanto à compatibilidade com os materiais do dispositivo. Continuaremos a atualizar a tabela abaixo enquanto avaliamos produtos químicos adicionais de limpeza e desinfecção para compatibilidade com o dispositivo.

Agente de limpeza e/ou desinfetante	Princípio ativo	Kosmos Bridge	Sondas Kosmos	Cabos ECG	Fone de ouvido
Água quente com sabão	Nenhum	A	A	A	A
Lenços descartáveis germicidas PDI Healthcare Sani-Cloth [®] Plus	Cloretos de n-alquil dimetil etilbenzil amônio (0,125%), cloretos de n-alquil dimetil benzil amônio (0,125%), isopropanol (10-20%), 2-butoxi-etanol (<5%)	A	A	A	A
¹ Lenços descartáveis germicidas PDI Healthcare Super Sani-Cloth [®]	Cloretos de n-alquil dimetil etilbenzil amônio (0,25%), cloretos de n-alquil dimetil benzil amônio (0,25%), álcool isopropílico (isopropanol) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Lenços descartáveis germicidas com alvejante PDI Healthcare Sani-Cloth [®]	Hipoclorito de sódio (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes [™] (KavoWipes)	Cloreto de di-isobutil-fenóxi-etóxi-etil-dimetil-benzil amônio (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide [™]	Cloreto de di-isobutil-fenóxi-etóxi-etil-dimetil-benzil amônio (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1 [™]	Cloreto de didecildimetilamônio (0,76%), etanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1 [™]	Cloreto de didecildimetilamônio (0,76%), etanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex [®] OPA	Orto-ftalaldeído (0,55%), fosfato de hidrogênio dipotássico, di-hidrogenofosfato de potássio, benzotriazol, ácido cítrico, corante verde D&C n.º 5, N-(hidroxietil)-ácido etilendiaminotriacético (HEDTA) (99,45%)	N/D	A	N/D	N/D
Detergente enzimático ASP Enzo1 [®]	Subtilisinás (<5%)	A	A	A	A
Solução de peróxido de hidrogênio a 3%	Peróxido de hidrogênio (3%), água (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Hipoclorito de sódio (1,1%)	A	A	C	B

Legenda: ¹Produto na lista N: Desinfetantes para uso contra o SARS-CoV-2 ²Por nota publicada da Metrex, aprovado para COVID-19

A: Compatível

B: Atenção - Não recomendado. Pode causar pequenas alterações cosméticas com o uso prolongado.

C: Incompatível - Não usar. A exposição prolongada pode causar danos ao produto.

N/D: Dados de compatibilidade indisponíveis

Observação: nem todos os recursos estão disponíveis em todos os mercados. Consulte o guia do usuário de sua região ou país para conferir todos os recursos disponíveis. **⚠ Atenção:** a lei federal (dos Estados Unidos) restringe a venda deste dispositivo por parte ou por ordem de um médico.

As versões eletrônicas dos Guias de Usuário do Kosmos podem ser visualizadas ou baixadas em echonous.com/resources.

Versões impressas dos Guias de Usuário do Kosmos podem ser solicitadas pelo e-mail service@echonous.com ou pelo telefone 1-844-854-0800.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da EchoNous[®]:

Telefone: 1-844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: support@echonous.com

Site: echonous.com



Patrocinador da Austrália: LC & Partners Pty Ltd, North Sydney, NSW, 2060
Tel: +61 2 9959 2400