KOSMOS

COMPATIBILITÉ CHIMIQUE

La compatibilité des produits chimiques de nettoyage et de désinfection indiqués dans ce document avec les matériaux des dispositifs a été évaluée. Nous continuerons de mettre à jour le tableau ci-dessous à mesure que nous évaluerons la compatibilité de nouveaux produits chimiques de nettoyage et de désinfection avec les dispositifs.

Pour des informations complètes sur le nettoyage et la désinfection, consulter le manuel d'utilisation.

Agent de nettoyage et/ou de désinfection	Principes actifs	Kosmos Bridge	Sondes Kosmos	Câbles ECG	Stéthoscope
Eau savonneuse chaude	Aucun	A	A	A	A
Lingettes germicides jetables Sani-Cloth® Plus de PDI Healthcare	Chlorures de n-alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium (0,125 %), chlorures de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium (0,125 %), isopropanol (10 à 20 %), 2-butoxyéthanol (<5 %)	A	A	A	A
[1]Lingettes germicides jetables Super Sani-Cloth® de PDI Healthcare	Chlorures de n-alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium (0,25 %), chlorures de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium (0,25 %), alcool isopropylique (isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
[1]Lingettes germicides jetables à l'eau de javel Sani-Cloth® de PDI Healthcare	Hypochlorite de sodium (0,63 %)	A	A	C	B
[2]Lingettes CaviWipes™ de Metrex (KavoWipes)	Chlorure de diisobutylphénoxyéthoxyéthyldiméthylbenzylammonium (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
[1]Lingettes CaviCide™ de Metrex	Chlorure de diisobutylphénoxyéthoxyéthyldiméthylbenzylammonium (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
[1]Lingettes CaviWipes1™ de Metrex	Chlorure de didécyldiméthylammonium (0,76 %), éthanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
[1]Lingettes CaviCide1™ de Metrex	Chlorure de didécyldiméthylammonium (0,76 %), éthanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
Solution Cidex® OPA d'ASP	Ortho-phtalaldéhyde (0,55 %), hydrogénophosphate de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, benzotriazole, acide citrique, colorant D&C vert no 5, acide n-(hydroxyéthyl)-éthylènediaminetriacétique (HEDTA) (99,45 %)	S. O.	A	S. O.	S. O.
Détergent enzymatique Enzol® d'ASP	Subtilisines (<5 %)	A	A	A	A
Solution de peroxyde d'hydrogène à 3 %	Peroxyde d'hydrogène (3 %), eau (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Hypochlorite de sodium (1,1 %)	A	A	C	B

Légende :

[1]Produit igurant sur la liste N : Désinfectants à utiliser contre le SARS-CoV-2

[2]Selon l'avis publié par Metrex, approuvé contre la Covid-19

A : Compatible

B : Attention - Non recommandé. Peut entraîner de légères modifications esthétiques après une utilisation prolongée.

C : Non compatible - Ne pas utiliser. Une exposition prolongée risque d'endommager le produit.

S. O. : Données de compatibilité non disponibles

Remarque : toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Consulter le manuel d'utilisation de la région ou du pays pour les fonctionnalités disponibles. Consulter le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

⚠ **Mise en garde :** selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

EchoNous